

Zamawiający :
**Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej
w Kościanie
64-000 Kościan
Ul. Szpitalna 7
Fax : 0-65 512 -07 -07**

Do zainteresowanych

Dotyczy : sprzedaży z dostawą i montażem stołu operacyjnego ortopedycznego z wyposażeniem.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny, w którym zasilanie awaryjne realizowane jest z panelu sterującego umieszczonego w podstawie stołu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją wysokości bez materaca w zakresie od 650 do 1010mm (z matercem od 725 do 1085mm)?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z przechyłami bocznymi w obie strony od poziomu: 20°?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z przechyłem Trendelenburga: 30°?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z przechyłem anti-Trendelenburga: 30°?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu: 30cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji flex i reflex za pomocą kombinacji przycisków na pilocie lub po zaprogramowaniu danej pozycji pod przyciskiem „memory” umożliwiającym zapamiętanie dowolnego położenia blatu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji „beach chair” za pomocą kombinacji przycisków na pilocie lub po zaprogramowaniu danej pozycji pod przyciskiem „memory” umożliwiającym zapamiętanie dowolnego położenia blatu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją segmentu plecowego w zakresie od -35° do +70°?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny, w którym regulacja kąta ustawienia podglówka realizowana jest w zakresie od -58° do +26° z dodatkową możliwością jego wypiętrzenia o 135mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
11. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z wizualnym systemem kontroli orientacji blatu na pilocie?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z wyciągiem ortopedycznym bez wspomaganie sprężynami gazowymi?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z segmentem do operacji barku, który montowany jest w miejsce segmentu pleców z elektrohydrauliczną regulacją pochylenia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
14. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 350kg?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY
DYREKTOR

dr med. Piotr Lehmann